

10 版 放射線取扱の基礎

—第 1 種放射線取扱主任者試験の要点—

正 誤 表

(対象：1 刷◇ 2024 年 8 月現在)

頁	誤	正
測定 71 頁 5.4 相対標準 偏差 例題 35 解答	試料の計数率±標準偏差は, $\frac{14400}{10} \pm \frac{\sqrt{14400}}{5} = 1440 \pm 12[\text{cpm}]$	試料の計数率±標準偏差は, $\frac{14400}{10} \pm \frac{\sqrt{14400}}{10} = 1440 \pm 12[\text{cpm}]$

以上